



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GLP
ISO/IEC 17025
VILAS 108



CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH
CHẤT ĐỐI CHIẾU
BERBERIN CLORID

SKS: QT122 0123

1. ĐẶC TÍNH

Mô tả : Bột màu vàng
Hàm lượng : 86,1 % $C_{20}H_{18}ClNO_4$ tính trên nguyên trạng
Ngày kiểm tra lại : 30/01/2026

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng cho các thử nghiệm theo yêu cầu quy định của các dược điển.

3. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản 2 - 8°C, tránh ánh sáng.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hàm lượng chất đối chiếu được tính trên chế phẩm nguyên trạng. Không sấy trước khi sử dụng.
Để chất đối chiếu cân bằng tại nhiệt độ phòng 30 phút trước khi mở nắp.
Sử dụng ngay sau khi mở nắp.

5. THÔNG TIN KHÁC

Danh mục chất đối chiếu được cập nhật trên website: <http://www.vienkiemnghiem.gov.vn>.
Mọi thông tin thắc mắc và góp ý về chất đối chiếu vui lòng liên hệ Trung tâm Nghiên cứu và Sản Xuất Chất chuẩn – Chất đối chiếu

6. THÔNG TIN BỔ SUNG

NỘI DUNG	NGÀY
Đã đánh giá định kỳ, tiếp tục sử dụng đến 30/01/2027	25/12/2025

LIÊN HỆ:

- Địa chỉ : 200 Cô Bắc, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 3838 9600 (số nội bộ 24 hoặc 38)
- Website : <http://www.idqc-hcm.gov.vn>
- Email : chatchuan@idqc-hcm.gov.vn