



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
NATIONAL INSTITUTE OF DRUG QUALITY  
CONTROL HO CHI MINH CITY

SẢN XUẤT THEO  
QUY TRÌNH  
**ISO 17034**  
VIRAS 004

**CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH CHẤT CHUẨN**  
**REFERENCE MATERIAL COA**

**TÊN/ RM** : TELMISARTAN **CAS: 144701-48-4**  
**SỐ LÔ/ LOT NO.** : RM21726

**1. ĐẶC TÍNH/ CHARACTERISTIC**

Mô tả/ *Appearance* : Bột màu trắng/ *White powder*  
Hàm lượng/ *Assay* : 99.9 %  $C_{33}H_{30}N_4O_2$  tính trên nguyên trạng xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng/ *as is by HPLC method*  
Liên kết chuẩn/ *Traceability* : Telmisartan USP RS Lot No. R085R0  
Độ KĐBĐ (U)/ *Uncertainty* : 1.4 % ( $k = 2$  ở độ tin cậy 95 %)

**2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG/ PURPOSE OF USE**

Dùng trong định tính, định lượng bằng phương pháp hóa lý/ *using in physicochemical analysis for assay and identification (quantitative and qualitative)*

**3. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN/ STORAGE CONDITION**

Bảo quản  $2 \div 8^\circ\text{C}$ , tránh ánh sáng/ *Store at  $2 \div 8^\circ\text{C}$ , protect from light.*

**4. ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN/ SHIPPING CONDITION**

Điều kiện bình thường/ *Shipment at ambient temperature for no controlled and no dangerous.*

**5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/ INSTRUCTION FOR USE**

Hàm lượng CDC được tính trên chế phẩm nguyên trạng. Không sấy trước khi sử dụng. Để CDC cân bằng tại nhiệt độ phòng 30 phút trước khi mở nắp. Sử dụng ngay sau khi mở nắp.  
*The content of reference standard is calculated on the "as is" basic. Do not dry before use. Allow the closed container to equilibrate at ambient temperature for 30 minutes before opening. Use immediately after opening.*

**6. THÔNG TIN KHÁC/ OTHER INFORMATION**

Danh mục chất đối chiếu được cập nhật trên website: <http://www.vienkiemnghiem.gov.vn>. Mọi thông tin thắc mắc và góp ý về chất đối chiếu vui lòng liên hệ Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Chất chuẩn-Chất đối chiếu, Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh.  
*The category is updated on: <http://www.vienkiemnghiem.gov.vn>. For all requirements or other informations, please contact with Center for Standards and reference substances Establishment, Institute of Drug Quality Control HCMC.*

Nội dung	Ngày ban hành <i>Issue date</i>	Ngày đánh giá kế tiếp <i>Retest date</i>	Ký tên <i>Sign</i>
Lần đầu/ <i>1<sup>st</sup> issue</i>	27/01/2026	30/01/2029	
Định kỳ 1/ <i>1<sup>st</sup> test</i>			
Định kỳ 2/ <i>2<sup>nd</sup> test</i>			

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

**LIÊN HỆ/ CONTACT:**

- Địa chỉ/ *Address* : 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh  
- Điện thoại/ *Phone* : 028 3838 9600 (số nội bộ/ *Ext 24 or 38*)  
- Website : <http://www.vienkiemnghiem.gov.vn>  
- Email : [tlcc@vienkiemnghiem.gov.vn](mailto:tlcc@vienkiemnghiem.gov.vn)

