



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GLP
ISO/IEC 17025
VILAS 108



CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH
CHẤT ĐỐI CHIẾU
TẠP A DICLOFENAC

SKS: QT005A 021118

TÊN GỌI KHÁC:

- DICLOFENAC IMPURITY A (THEO DƯỢC ĐIỂN ANH, DƯỢC ĐIỂN CHÂU ÂU)
- DICLOFENAC RELATED COMPOUND A (THEO DƯỢC ĐIỂN MỸ)

1. ĐẶC TÍNH

Mô tả : Bột màu vàng
Hàm lượng : 98,0 % $C_{14}H_9NOCl_2$ tính trên nguyên trạng
Ngày kiểm tra lại : 30/11/2021

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng cho các thử nghiệm theo yêu cầu quy định của các dược điển.

3. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản 2 - 8°C, tránh ánh sáng.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hàm lượng chất đối chiếu được tính trên chế phẩm nguyên trạng. Không sấy trước khi sử dụng.
Đề chất đối chiếu cân bằng tại nhiệt độ phòng 30 phút trước khi mở nắp.
Sử dụng ngay sau khi mở nắp.

5. THÔNG TIN KHÁC

Danh mục chất đối chiếu được cập nhật trên website: <http://www.idqc-hcm.gov.vn>.

Mọi thông tin thắc mắc và góp ý về chất đối chiếu vui lòng liên hệ Khoa Thiết lập Chất chuẩn và Chất đối chiếu-Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh.

LIÊN HỆ:

- Địa chỉ : 200 Cô Bắc, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 3838 9600 (số nội bộ 24 hoặc 38)
- Website : <http://www.idqc-hcm.gov.vn>
- Email : chatchuan@idqc-hcm.gov.vn